



- 1 – мех резиновый тип Б-1;  
 2 – манометр, предел измерения 0,1 МПа, класс точности 0,25;  
 3 – клапан;  
 4 – тройник;  
 5 – ванна с водой;  
 6 – штуцер

Рисунок 6.2 – Клапан. Схема проверки герметичности затвора клапана

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.685181.001 ПС

Лист  
13

Копировал

Формат А4